

## CONFIGURAÇÕES DE COMUNICAÇÃO DICOM

Verifiquem atentamente as configurações realizadas nos equipamentos médicos e impressoras de filmes

### INSTITUIÇÃO

Instituição:	
Local:	

### DICOMSERVER - PROSERVER

INSTANCIA	AET	PORTA	IP
SERVER 1			
SERVER 2			
SERVER 3			
SERVER 4			
SERVER 5			
SERVER 1 (MANUTENÇÃO REMOTA)			

### ROTEAMENTOS – PROROUTING : DICOM

INSTANCIA \ CAMPO	AET	PORTA	IP

### ROTEAMENTOS – PROROUTING : COMPARTILHAMENTO OU WEB

INSTANCIA \ CAMPO	MOTIVO

### WORKLIST - PROWLST

INSTANCIA	AET	PORTA	IP	FILTRAR POR AETs
WORKLIST 1				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

### WORKLIST – INTEGRAÇÃO

FORMATO	TIPO \ ACESSO A BASE DE DADOS

### ESTAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS - INTEGRAÇÃO

Processo via URL?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Campo(s):	
Exemplo			
Obs			
Aplicativo Principal			

### CONVERSORES DE IMPRESSÃO – DICOMPRINTERS

INSTANCIA	AET	PORTA	IP	IMPRESSORA	PAPEL

**EQUIPAMENTOS MÉDICOS – MODALIDADES \ CAPTURAS \ SIMULADORES**

DESCRIÇÃO	SIGLA	AET	PORTA	IP	LOCAL

**EQUIPAMENTOS MÉDICOS – REVELADORA DRY (IMPRESSÃO DE FILMS)**

DESCRIÇÃO	LOCAL	AET	PORTA	IP	FABRICANTE \ MODELO

**ESTAÇÕES DE TRABALHO – DIAGNÓSTICOS \ APOIO \ VISUALIZAÇÃO**

DESCRIÇÃO	SIGLA	AET	PORTA	IP	LOCAL	SOBRE*

\* SOBRE = (D)Diagnóstico, (A) Apoio, (V) Visualização.

**GRAVAÇÃO DE MÍDIAS – PROMEDIAMAKER**

ROBO (NOME)	AET	PORTA	IP	FABRICANTE\MODEL	MIDIA

**IMPRESSÃO DICOM STORAGE – PROPRIETARIAS**

INSTANCIA	AET	PORTA	IP	IMPRESSORA	PAPEL